

Hall-, Gustavsson-Flowmeter

Prinzip

Ermittlung der Durchflussrate von Pulvern mittels kalibriertem Trichter

Hersteller	Werkzeugbau
Einwaage Pulvermenge	50 g
Messbereich	0,1 - 220 g
Ergebnis Durchflussrate	Gerundet auf Angaben in s ohne Dezimalstellen
