
Massenspektrometer

QMS 403C Aeolos

Prinzip:

Bestimmung der im Abgasstrom befindlichen Fragmente von Zersetzungsprodukten sowie Dokumentation der Veränderungen der Atmosphäre während des Versuches.

Hersteller	NETZSCH
Kathode	2 Iridium-Kathoden, Y ₂ O ₃ beschichtet
Massenbereich	1 bis 300 amu
Kopplung	Quarzglaskapillare, beheizbar bis 300 °C
Kopplung möglich mit	<ul style="list-style-type: none">• Dilatometer DIL 402E• DSC 204F Phoenix• DSC 204HP Phoenix• STA 449C Jupiter• STA 449F3 Jupiter