
Hall-, Gustavsson-Flowmeter

Prinzip:

Ermittlung der Durchflussrate von Pulvern mittels kalibriertem Trichter.

Hersteller	Werkzeugbau
Einwaage Pulvermenge	50 g
Messbereich	0,1 - 220 g
Ergebnis Durchflussrate	Grundet auf Angaben in s ohne Dezimalstellen