
Zyklierversuchsstand

Prinzip:

Bestimmung von Leistung und Kapazität thermischer Speicher durch zyklisches Be- und Entladen mit Wasser als Wärmeträger.

Hersteller	Eigenentwicklung / Eigenbau
Prinzip	Offener Durchlauf
Temperaturbereich	10 ... 120 °C
Druckbereich	1 ... 2,5 bar
Durchfluss	0,6 ... 300 kg/h Wasser
Heizleistung	26 kW